



## WebReq 3

Release notes 29.10.2024

## INDHOLD

<b>1</b>	<b>WEBREQ</b> .....	<b>3</b>
1.1	TOMME REKVISITIONER IFM. EGNE ANALYSER (WR-1240) .....	3
1.2	SYSTEMFEJL VED AUTOOPRETTELSE AF PATIENTER UDEN REGION (WR-1243).....	3
1.3	FORBEDRINGER PÅ MOBILLAB (WR-1244 OG WR-1254) .....	3
1.4	VED MAPNING AF ANALYSE, UDSKRIVES DER NU KUN ÉN BLANKET (WR-1250) .....	4
1.5	PATOLOGI: VALIDERING PÅ FELTET 'BESKRIVELSE' (WR-1251).....	4
1.6	LODRET GLASNR. PÅ PRØVETAGNINGSBANKET ER FORBEDRET (WR-1253) .....	4
1.7	DATABEHANDLERAFKALE KAN NU PRINTES (PLATFORM-542) .....	4
1.8	TEKSTÆNDRING VED DATABEHANDLERAFKALE, DER IKKE ER GODKENDT INDEN UDLØB (WR-615) .....	5
1.9	FILTRERING AF PATIENTSPECIFIKKE LABORATORIEPROFILER (WR-1248).....	5
1.10	TILFØJELSE AF MAX ANTAL TEGN FOR PROFILER (WR-1262) .....	6

# 1 WebReq

## 1.1 Tomme rekvisitioner ifm. egne analyser (WR-1240)

'Tomme rekvisitioner' blev set på laboratoriet, hvis en prøvetagningsblanket kun indeholdte 'Egne analyser', og klinikken var sat til 'Send straks' i rekvirentopsætningen.

Dette er rettet, så 'Egne analyser' ikke kommer ind, uanset om der er sat flueben eller ej.

Fjern rettighed for at rette rekvisition. (Rekvisition sendes straks)


## 1.2 Systemfejl ved autooprettelse af patienter uden region (WR-1243)

Når lægesystemet ikke får medsendt feltet 'Region' til WebReq, vil der nu ikke længere blive vist en fejl. Patienten vil kunne indlæses.

## 1.3 Forbedringer på MobilLab (WR-1244 og WR-1254)

Hvis et laboratorium har fravalgt MobilLab, så ses der for rekvirenterne ikke noget laboratorium.

Har klinikken behov for at bestille til et andet laboratorium, gøres det under 'Vælg en rute', hvorefter analyser kan vælges til det angivne laboratorium.



Sønderborg, Sygehus Sønderjylland

504631000016005

Benyt SOR koden ved afsendelse

Benyt mobillaboratorium




Klinik analyser Hotel analyser **MobilLab analyser** Web-Patient skemaer Afleveret af patient, analyser

Søg efter profil, analyse eller NPU nr   **Der mangler at blive valgt et laboratorium**

Der blev ikke fundet nogen analyser på det valgte laboratorium

Hvis en klinik har fået bestilt prøver under rekvisitionstypen 'Klinikanalyser' i stedet for 'MobilLab', men har angivet data under 'Vælg en rute', ses denne besked i bestillingslisten:



Prøvetagningstid

08-10-2024  14:26

**OBS: Der mangler at blive valgt analyser til mobilLab**

Klinik analyser

Hæmoglobin;B


#### 1.4 Ved mapning af analyse, udskrives der nu kun én blanket (WR-1250)

Er en analyse sat til at kunne mappes over fra andre laboratorier, vil alle analyser på rekvisitionen komme på samme prøvetagningsblanket.

Andre koder, der skal mappes over til denne analyse fra andre lab.

#### 1.5 Patologi: Validering på feltet 'Beskrivelse' (WR-1251)

Der er sat validering på de patologityper, der har feltet '**Beskrivelse**', så der kun kan skrives 70 tegn.



Typ	Materialer
<input type="checkbox"/> Cervixcytologi	1 <input type="text" value="Beskrivelse"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Histologi	2 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Anden cytologi	

#### 1.6 Lodret glasnr. på prøvetagningsblanket er forbedret (WR-1253)


Det glasnr., der står øverst (lodret) på strekcodeetiketten, er forbedret, så det il og vises på naboetiketten. Nummeret ses kun ved udskriftskoden '**Labka 2**'.



**Labka2** (teksten hentes fra glasgruppenavn og glasnummer skrives lodret)

#### 1.7 Databehandleraftale kan nu printes (platform-542)

Print af databehandleraftale kan gøres ved at klikke på: initialerne i højre hjørne → navnet på den ansvarlige læge → Aftaler → printerikonet.



Navn	Dato	Version	Beskrivelse
Databehandleraftale	16-10-2024	7	Ydemnr.: 573573, CVR-nr.: 91745962

Det er også muligt at printe, når man er inde for at godkende databehandleraftalen:



### 1.8 Tekstændring ved databehandleraftale, der ikke er godkendt inden udløb (WR-615)

Er en databehandleraftale ikke godkendt inden udløb (14 dage), vises nu følgende tekst for klinikken:

"Vi mangler din godkendelse af databehandleraftalen

Tryk på 'Fortsæt'-knappen for at godkende databehandleraftalen for derefter at returnere til WebReq".



### 1.9 Filtrering af patientspecifikke laboratorieprofiler (WR-1248)

Hvis laboratoriet ved et tilfælde skulle have oprettet en patientspecifik laboratorieprofil, vil den blive vist med **fed** øverst i listen, og kun når patienten er angivet i WebReq.




## 1.10 Tilføjelse af max antal tegn for profiler (WR-1262)

Følgende begrænsninger er sat på profiler:

Profilnavn: max 200 tegn

Profilinfo: max 80 tegn



The screenshot shows the SYNLAB user interface. At the top, there is a navigation bar with the SYNLAB logo, a notification bell, a settings gear icon (circled in red), and the user name 'EILA'. A dropdown menu is open from the settings icon, containing two options: 'Rediger egne analyser' and 'Opret / Rediger profiler' (highlighted with a red box). Below the menu, there is a section titled 'Valgt profil' with two buttons: 'Opret' (highlighted in blue) and 'Rediger'. Underneath, there are two input fields: 'Profilnavn\*' (highlighted with a red box) and 'Information'.